Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu USG

Zamawiający: Centrum Medyczne „Mosina” Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 33, 62-050 Mosina, NIP 7773255450.

Numer zapytania: 1.1
Data publikacji: 27.07.2026
Termin składania ofert 18.08.2026 godz. 15:00 czasu polskiego
Adres e-mail do składania ofert i pytań: zimowskaewelina@gmail.com

1 Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego aparatu USG do badań jamy brzusznej, tarczycy, struktur powierzchownych, naczyń i echokardiografii, wraz z trzema głowicami: konweksową, liniową i sektorową.

Miejsce dostawy i instalacji: Komornicka 192, 62-051 Wiry

Wymagania minimalne: monitor minimum 21 cali, minimum trzy aktywne porty głowic, obrazowanie B i M, obrazowanie harmoniczne, doppler kolorowy i mocy, PW, CW, TDI, redukcja szumów, pakiet pomiarów kardiologicznych, archiwizacja obrazów oraz DICOM Storage.

Cena obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie, szkolenie personelu i wszystkie licencje niezbędne do korzystania z oferowanych funkcji. Wymagana gwarancja całego zestawu: minimum 24 miesiące.

2 Kryteria oceny ofert

Kryterium	Waga	Punktacja
Cena brutto	20%	Najniższa cena brutto ocenianych ofert / cena brutto badanej oferty × 20.
Gwarancja całego zestawu	30%	(min(g, 60) − 24) / 36 × 30. g – liczba pełnych miesięcy gwarancji; minimum 24 miesiące.
Poprawa obrazowania w obszarach zacienienia	25%	Funkcja spełniająca opis w pkt 3: 25 pkt; brak funkcji: 0 pkt.

Kryterium	Waga	Punktacja
Wspomaganie identyfikacji nerwów	25%	Funkcja spełniająca opis w pkt 3: 25 pkt; brak funkcji: 0 pkt.

Ocenie podlegają oferty zgodne z wymaganiami obowiązkowymi. Wygrywa najwyższa suma punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Przy remisie decyduje dłuższa gwarancja, następnie niższa cena. Gwarancję ocenia się według najkrótszego okresu ochrony aparatu, głowic i wyposażenia; powyżej 60 miesięcy nie przyznaje się dodatkowych punktów.

3 Opis punktowanych funkcji

Poprawa obrazowania w obszarach zacienienia

Aktywna funkcja poprawiająca widoczność struktur w obszarach osłabienia sygnału i zacienienia podczas badań jamy brzusznej głowicą konweksową, np. ShadowHDR lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie.

Wspomaganie identyfikacji nerwów

Aktywna funkcja automatycznego wskazywania lub wyróżniania nerwów w obrazie USG podczas badania głowicą liniową, np. NerveTrack lub rozwiązanie równoważne funkcjonalnie.

Wykonawca wskaże nazwę każdej funkcji, jej zastosowania oraz dokumentację producenta potwierdzającą działanie z oferowanymi głowicami. Funkcje punktowane muszą być dostępne przy odbiorze i uwzględnione w cenie bez dodatkowych opłat abonamentowych.

4 Przygotowanie i złożenie oferty

Podpisaną ofertę w PDF należy przesłać na wskazany adres e-mail. Oferta powinna zawierać:

• dane wykonawcy i dane kontaktowe;

• producenta i model aparatu oraz konfigurację z modelami głowic;

• dokumentację techniczną potwierdzającą wymagania i punktowane funkcje;

• cenę netto, VAT i cenę brutto za cały zakres zamówienia;

• termin dostawy oraz okres i warunki gwarancji.

Termin związania ofertą: minimum 30 dni od terminu składania ofert. Informacja o wyniku zostanie przekazana oferentom telefonicznie.